

KO Mätteknik AB
Tellusvägen 25
18636 Vallentuna

Datum: 2021-12-01

Er referens

Kundnr.: 245338
Beställningsnr.: Standard Maintenance P20 #1840
Referens: Rikard Evertsson
Telefon 070-5829075

Vår referens

Notifikations nr. 301737919
Referens: After Market Admin
Telefon +46 08 625 30 00
E-post leif.johansson@leica-geosystems.com

Produkt

ScanStation P20
Serienummer 1840101
Equipment No. 5241609
Referens R.E

Tillbehör

TREFOT #GDF121

Beskrivning

Standard Maintenance

Ärende

Standard underhållsservice

Orsaker

Allmänt : Annat (ange orsak)
Allmänt : Kretskort / komponent felaktig

Åtgärder

Felaktigt kretskort / komponent utbytt
Reparation utförd
Kontroll & justering utförd
Kontrollerad enligt tillverkarens anvis.

5004486 ScanStation P20/P15 Repair - Re-calibration: 1
-Inkommande kontroll
-Verifiering av noggrannhet, räckvidd och laserstyrka
-Kontroll av laserstråle / Kamerabildöverlägg
-Kontroll och justering av inriktning av laserstråle
-Verifiering av laserstabilitet över temperaturområde
-Justering av laserparametrar (om nödvändigt)
-Kalibrering av vinklar, avstånd, lutning och kamera
-Installation av senaste system- och applikationsmjukvara (om giltigt avtal finns)
-Utgående kontroll



Artiklar	Artikel Nr.	Beskrivning	Antal.
		-Rengöring av instrument (inkl. behållare) -Kalibreringscertifikat.	
	795314	Label caution moving parts	2
	5004187	Kostnad	2 Timmar
	782915	Wheels Shipping for shipping case 769625	1
	764993	EMI Membran Set	1
	850177	Gasket side cover	2
	9904001	Small parts	1